

**PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI
DELL'ART. 124 DEL D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., PER LA FORNITURA DI
CAMICI DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI
PROVINCIALI DELL'AGENZIA**

AVVISO

In merito alle caratteristiche dei camici della procedura in oggetto si specifica quanto segue:

- le norme tecniche di riferimento sono la EN categoria 3°, CE EN 13034 TIPO 6 – CE EN 14605 TIPO 4;
- il riferimento alla EN 374 è corretto e non antinomico con la norma EN 13034 che è comunque richiesta;
- per i camici contro i rischi chimici è richiesta la protezione antistatica;
- il materiale del camice contro i rischi chimici deve essere in tessuto di cotone con il trattamento antiacido;
- i camici da laboratorio microbiologico devono essere in tessuto di cotone, come richiesto nel Capitolato Tecnico – Allegato C, nella grammatura indicata.