



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per la fornitura ed installazione/posa in opera di cappe da laboratorio ed armadi di sicurezza per i laboratori dell'Agencia (2 lotti). Numero gara: 5831022

**CHIARIMENTI 02/12/2014**

Domanda 1. Cappa per Stanza Ni04 - Larghezza cm 240 se e' possibile offrire come cappa unica un modello avente larghezza cm 210, oppure una cappa composta da n. 2 elementi aventi larghezza cm 120 ciascuno.

**RISPOSTA 1. per partecipare con una cappa da 210 cm è necessario garantire una larghezza interna utile del piano di lavoro di 200cm per almeno l'60% del piano stesso.**

Domanda 2. Cappa per Stanza S204 - Larghezza cm 360 (240+120) se e' possibile offrire cappe per una larghezza di cm 360, ottenuta dall'affiancamento di n. 2 elementi aventi rispettivamente larghezza cm 210 e 150.

**RISPOSTA 2. La cappa da 210, abbinata ad una da 150cm, deve garantire una larghezza interna utile del piano di lavoro di 200cm per almeno l'80% del piano stesso.**

Domanda 3. Si prega inoltre di voler meglio precisare il contenuto del Criterio B6 dei Criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico, ed inoltre se i tests previsti in sito, secondo la norma EN 14175-4, sono effettivamente da eseguirsi e rincompendersi nell'importo fissato per detto Lotto della fornitura.

**RISPOSTA 3. È richiesto di eseguire in loco al momento del collaudo almeno il test per la verifica dell'indice di contenimento come previsto al punto 1.3 del capitolato speciale. Per l'assegnazione del punteggio (punto B6) è necessario produrre le risultanze analitiche dei test eseguiti in fase di certificazione della cappe. Il punteggio si formerà in funzione della completezza della documentazione.**